


Konformitätserklärung

nach Richtlinie 98/79/EG Anhang III



Der Unterzeichner, der den nachstehenden Hersteller vertritt,

AniCon Labor GmbH
Mühlenstraße 13
49685 Höltinghausen
Deutschland

erklärt hiermit, dass die Produkte

Produktbezeichnung	Artikel-Nr.	Registrierungs-Nr.
Kylt[®] SARS-CoV-2 Screening RTU	31463 (100 Reaktionen)	DE/CA11/922-4306
	31464 (25 Reaktionen)	
Kylt[®] SARS-CoV-2 Confirmation RTU	31465 (100 Reaktionen)	DE/CA11/922-4307
	31466 (25 Reaktionen)	

gemäß Richtlinie 98/79/EG als „sonstige In-vitro-Diagnostika“ zu klassifizieren sind. Sie erfüllen alle, sich aus dieser Klassifizierung ergebenden Bestimmungen der Richtlinie 98/79/EG.

Das Konformitätsbewertungsverfahren für die CE-Kennzeichnung wurde entsprechend Anhang III der Richtlinie 98/79/EG durchgeführt. Die technische Dokumentation über die diesbezüglichen Bestimmungen wird vom Hersteller aufbewahrt.

Höltinghausen, 5. Mai 2020

M. Liman, PhD
Geschäftsführer
AniCon Labor GmbH